ALCANCE DE ACREDITACIÓN
ORGANISMO DE ENSAYOS

METROLAB S.A.

Matriz: Cdla. La Fae Mz.4 Villa 5-a, Calle Cosme Renella **Telf:** +593 4-229-0730 **Ext:** 103

e-mail: juancruz@metrolabsa.com

Ciudad: Guayaquil - Ecuador

Fecha de acreditación inicial: 2014/03/21

ACREDITACIÓN NÚMERO: SAE LEN 14-004

UNIDAD TÉCNICA: N/A

Nota: Se identificarán los alcances suspendidos con un sombreado de color gris oscuro

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017, para las siguientes actividades:

Matriz

Alcances

Categoría	In situ				
Campo	Temperatura – Caracterización de medios isotermos				
Producto o material a ensayar	**Ensayo**	**Técnica**	**Rango**	**Método Interno**	**Método Referencia**
Hornos, Estufas, Esterilizadores, Incubadoras, Cámaras de Incubación, Refrigeración o Congelación, Neveras,	Caracterización de Cámaras Climáticas (Medios Isotérmicos)	Comparación de temperaturas – Ensayos de estabilidad y uniformidad.	-30 °C a 140 °C 35 °C a 260 °C	INS 7.2.2.10	DKD-R 5-7:2009 Método A (9 termopares)

Baños termostáticos, Autoclaves, ≤a 2 m3					
Hornos, Estufas, Esterilizadores, Incubadoras Cámaras de Incubación, Refrigeración o Congelación, Neveras, Baños termostáticos, Autoclaves	Caracterización de Cámaras Climáticas (Medios Isotérmicos)	Comparación de temperaturas, Ensayo de Estabilidad.	-30 °C a 140 °C 35 °C a 260 °C	INS 7.2.2.10	DKD-R 5-7:2009 Método C (1 termopar)